

管理番号

J70447

## 動作確認チェックシート

検査日	2021年1月14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マントルヒーター	電源電圧	単相 100V	重量	1.5kg
型式	AFS-3	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	大科電器	プラスチック容量	300ml		
機械Ser.No	97JA6	最高温度	450℃		
製造年月	不明	サイズ	270x190x170		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温19℃ 湿度14%)



通電確認



測定風景

放射温度計(IT2-80)にてヒーター中心部を測定(放射率は0.9にて)

LOW レンジにて10分通電  
197.4℃を確認

ヒーター部

MED レンジにて10分通電  
397℃を確認

ラベル部

HIGH レンジにて10分通電  
458℃を確認

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 [ 1H ]

検査担当者 [ 林 ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日



ASKINDEX