

管理番号

J70490


動作確認チェックシート

検査日	2021年 7月 6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	投影機	電源電圧	1相 100V 5A	ステージ(E3)	直径 160mm
型式	V-12A	周波数	50/60 Hz		ガラス 直径70mm
メーカー名	ニコン	投影レンズ	20x	十字動範囲(mm)	左右25 前後25
機械Ser.No	不明	スクリーン径	Φ 300 mm	外寸	W360D680H910
製造年月	年 月	照明ランプ	透過/反射:ハロゲン	重量	95kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

・外観 …異常無し



ステージ

・透過/反射照明

透過: Hi/Lo切替SW 点灯ON/OFF確認 異常無し
 反射: Hi/Lo切替SW 点灯ON/OFF確認 異常無し



反射ランプ点灯



反射



透過

・電源投入

電源ランプ点灯、ファン回転 確認

・ステージ動作

前後左右動作 良好

・コンデンサー

Hi/Lo切替SW確認 異常無し



Hi切替時



Lo切替時

・投影確認

社内基準器(ミツヨ CHART-001)使用




ミツヨ CHART-001



投影画像

サンプル測定

スクリーンスケールにて基準器1mm、0.8mm測定



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

天野