

管理番号

J70574

動作確認チェックシート

検査日	2021年 10月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドラムリフトスケール	電源電圧	単相 100V	最小表示	200g
型式		周波数	50/60 Hz	揚程	1250mm
メーカー名	大有株式会社	重量検出	ロードセル1個	指示計	AD-4403-FP
機械Ser.No	5132404	最大荷重	300Kg	外寸	1000x1400x2000
製造年月		回転度	180度	重量	約300Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

外観・・・使用感有り



指示計(AMD製 耐圧防爆型デジタルAD-4403-FP)

秤量表示・・・異常無し
各ボタン設定・・・異常無し



秤量・・・異常無し

反転/揚程動作 反転(回転度180度)



揚程(1250mm)



シリンダー・・・異常無し



秤量(最小表示)・・・異常無し



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[林]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

