

管理番号

J70721

動作確認チェックシート

無線温度・湿度ロガー(受信器)送信器

検査日	2022年11月9日				
型式	MD-R01	電源	単三乾電池 ACアダプタ	本体使用環境	-5~+50°C
メーカー名	(株)チノー	消費電力	約3VA	寸法	W80xD36xH115mm
機械Ser,No	MD62E012(2.02)	設定	時刻/収録間隔/通信間隔 送信機台数/警報	質量	約130g
製造年月	—	液晶表示温度範囲	0~50%	表示	反射形液晶表示

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・振動・漏電・モーター逆回転)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・吸排気管の防塵処理・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源ON-OFF確認⇒OK(ACアダプタ投入直後から運転開始)
- ALL CL/登録・通信確認⇒OK
- データ受信確認。OK



受信器



受信器—中継器通信良好



年月日・時間 収録中表示



収録データ読出し

取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: 作業工数[6.0 Hr]

検査担当者[雨宮]

