

管理番号

J90100

動作確認チェックシート

検査日	2023年7月21日		
商品名	ライトルーペ	電源	100V 50/60Hz
型式	SL-40(INV)	蛍光管	20W 20型
メーカー名	(株)エンジニア	蛍光灯径	16mmスリム管
Serial No		レンズ	x2
製造年月	—		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	△
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	△
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観⇒若干塗装剥がれあるが問題なし。
- 2 電源投入⇒ランプ切れ。



取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: 条件付きOK 作業工数[1.0 hr]

検査担当者[雨宮]

※蛍光管劣化の為購入依頼中

