

管理番号

J90164


## 動作確認チェックシート

検査日	2019年 11月 14日	(機械の仕様・規格を記入する)			
商品名	ロードセル	電源電圧	DC24V/200mA		
型式	計測部:MX-11-D24 重量センサ部:STS-050-250	最小表示	0.1kg		
メーカー名	(株)ティアンドティ	最大荷重	500N(≒50kgf)		
機械Ser.No	計測部:8C3Y7632 重量センサ部:7C413670	プレート寸法	250×250mm		
製造年月	一年一月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.外観確認。→問題なし。
- 2.弊社所有分銅による計量実施。→結果(下記図による)問題なし。



取扱説明書:有

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:OK 作業工数[ 2.5 Hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

