

動作確認チェックシート

検査日	2024年 6月 6日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤルキャリパーゲージ	測定範囲	10mm~30mm		
型式	209-608	最小単位	0.01mm		
メーカー名	ミットヨ	本体重量	約190g		
機械Ser.No	240007	外箱	W235×D60×H65		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	-
3 SW設定	SWの機能は正常か。	-
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る (ケース内に添付)	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1、外観確認実施。 → 問題なし。
- 2、動作確認。 → 問題なし。(社内基準ハイトマスターを使用して計測実施。)

動作確認



設定値mm	測定値mm
15.00	15.00
20.00	20.00
25.00	25.00

20mm測定

25mm測定



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者 [佐藤(紀)]

ユーザー名【 _____ 】出荷日 年 月 日

