

管理番号

JA0122

動作確認チェックシート

検査日	2021年5月28日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ダイヤルキャリパーゲージ	測定範囲	20mm~40mm		
型式	YC-2	最小単位	0.01mm		
メーカー名	(株)キャリパー				
機械Ser.No	不明				
製造年月	不明				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

測定方法ハイトマスターにて20mmより5mm刻みにて確認



20mm	0
25mm	0
30mm	0
35mm	-0.01
40mm	0

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2024.6.6	ハイトマスターを用いて上記と同一内容の確認を実施	佐藤(紀)

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[1 H]		
検査担当者[渡邊邦明]		
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	

