

管理番号

JB0171

動作確認チェックシート

検査日	2019年12月5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	オイルバス	電源電圧	AC100V21A	温度上昇時間	室温～200℃
型式	TBD452TA	周波数	(50・60)Hz		(約180分)
メーカー名	アドバンテック	外寸w、d、h	815x450x535	使用温度範囲	室温+10～200℃
機械Ser.No	11110013	槽有効寸法	550x350x300	重量	33kg
製造年月		ヒーター	2KW		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 外気温16℃、槽内に水、約35L入れて確認、水温17℃から約1h45分ほどで90℃到達。
コントロールパネル、攪拌モーター問題なし。



取扱説明書(無)



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

