

管理番号

JC0238

動作確認チェックシート

検査日	2020年 3月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ウォーターバス	電源電圧	1相100V/1相200V	搅拌方式	マグネットポンプ噴流式
型式	TBN602DA06B	周波数	50/60 Hz	水槽容量	109 L
メーカー名	アドバンテック	温度調節範囲	室温+7~80°C	水槽寸法(mm)	W650D450H400
機械Ser.No	6120038	温度調節精度	±0.05°C	外寸(mm)	W1090D550H770
製造年月	年 月	温度分布精度	±0.1°C		架台込
		ヒーター容量	4 Kw	重量	76 kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温19°C 湿度14%)

・外観 …異常無し



・オートスタート/ストップ確認

設定時間経過でスタート/ストップ動作確認 問題無し



・定置運転

動作確認時、水量 底面から約27cm
槽内温度14.4°Cから仕様最高温度(80°C)
昇温まで 約107分

昇温動作 問題無し



・過昇防止器確認

防止器起動でポンプ/ヒーター停止、アラームランプ点灯 確認



・プログラム運転

プログラム制御、温度制御確認 問題無し

・目視確認

配管穴詰まり無し

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名【 】

出荷日 年 月 日