

管理番号

JC0359

動作確認チェックシート

検査日	2020年 10月 21日		(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	デイスベンサー	電源電圧	1相 100V	動作モード	AUTO,STEADY
型式	ACCURA8	周波数	50/60 Hz	チャンネルメモリ	500 CH
メーカー名	岩下エンジニアリング	空気圧	最大735kPa	外寸	W250D300H110
機械Ser.No	400278	空気圧調整範囲	5~490kPa	重量	4.9Kg
製造年月	年 月	作動能力	600 cycles/mir	付属品	フットスイッチ

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

・外観 ……異常無し




・吐出確認

STEADYモード ……手動による吐出確認
 AUTOモード ……Sp、St調整にて吐出量変化 確認



社内用バレルを使用し吐出確認 実施
 (Sp100~ St00.100~設定変更確認 実施)

・電源投入
 画面表示 確認
 各SW 確認



吐出調整にて吐出量変化 確認

・フットスイッチ確認
 問題無し



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

