

管理番号

JC0366


動作確認チェックシート (電子台秤)

検査日	2020年 4月 14日				
商品名	台秤	電源電圧	DC9V(アダプター)	内蔵分銅	無
型式	KL-100NX-K-400B	最大ひょう量	400/402 Kg	計量皿寸法	550×700mm
メーカー名	クボタ	最小測定量	2/4 Kg	外寸(mm)	W550D850H1380
機械Ser.No	22H9950006	目盛	0.1/0.2 Kg	重量	49 Kg
製造年月	2012年	月	最大風袋引き量	-400 Kg	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。(指定の分銅を使用する)

・外観 ……異常無し



測定重量物

・繰り返し性テスト(同じ重量物を10回計量しその誤差を記入) 《使用重量物 297.1 [誤差 0.00 Kg]

繰り返し	
①	297.0 Kg
②	297.0 Kg
③	297.0 Kg
④	297.0 Kg
⑤	297.0 Kg
⑥	297.0 Kg
⑦	297.0 Kg
⑧	297.0 Kg
⑨	297.0 Kg
⑩	297.0 Kg
誤差	0 Kg



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)

動作(OK) 作業工数[1H]

検査担当者[Tokunaga]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

[責任者]

