

JC0501

動作確認チェックシート

検査日	2020年 5月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオンゲージ	電源	AC100V	質量	5.4kg
型式	M-832HG	周波数	50/60Hz	外寸(W×D×H)	210×335×100
メーカー名	アネルバ	使用温度	5~40℃		
機械Ser.No	PP00X603	湿度	70%以下		
製造年月	—	測定圧力範囲	1.32×100~0.01×10-7Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外觀	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

【 検査環境 】

・使用機器: 検査用ロータリーポンプ/比較測定機器

* ロータリーポンプ: アルカテル製 (型式: 2012)

* 比較測定機器: イオンゲージ M-430HG(アネルバ製) / 測定ゲージ MG-2(アネルバ製)

【 圧力比較確認結果 】

① * JC0501 M-832HG 表示圧力 :: 1.94×10^{-3} Pa② * 比較用 M-430HG 表示圧力 : 2.27×10^{-3} Pa

・使用測定ゲージ: MG-2(アネルバ製検査用)



・使用測定ゲージ: MG-2(アネルバ製検査用)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.0H]

検査担当者[立野]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

