

動作確認チェックシート

検査日	2020年 5月 14日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	イオンゲージ	電源	AC100V	質量	5.4kg
型式	M-832HG	周波数	50/60Hz	外寸(W×D×H)	210×335×100
メーカー名	アネルバ	使用温度	5~40°C		
機械Ser.No	PP00Z703	湿度	70%以下		
製造年月	—	測定圧力範囲	1.32×100~0.01×10 ⁻⁷ Pa		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

【 検査環境 】

・使用機器:検査用ロータリーポンプ/比較測定機器

* ロータリーポンプ:アルカテル製 (型式:2012)

* 比較測定機器:イオンゲージ M-430HG(アネルバ製) / 測定ゲージ MG-2(アネルバ製)

【 圧力比較確認結果 】



- ① * JC0505 M-832HG 表示圧力 :: 1.80 × 10⁻³Pa
- ② * 比較用 M-430HG 表示圧力 : 1.83 × 10⁻³Pa



① ・使用測定ゲージ:MG-2(アネルバ製検査用)



② ・使用測定ゲージ:MG-2(アネルバ製検査用)

(測定ゲージ)

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK)	作業工数[2.0H]	天野
検査担当者[立野]		
ユーザー名【	】出荷日	年 月 日