

動作確認チェックシート

検査日	2020年5月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ロータリーポンプ	電源・電圧	3相 200V	冷却法	空冷
型式	E2M40	周波数	50・60 Hz	排気速度	617・733L/min
メーカー名	エドワーズ	吸気フランジ	ISO40	モーター出力	1.5KW
機械Ser.No	12043FF	排気フランジ	25mm(NW25接続可)	オイル(F油)	YVAC 06/6
製造年月	-	規格値(到達圧力)	0.7Pa	重量	72Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 到達圧力	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○







・到達圧力: 0.88Pa ・電流値: 4.1A
 * 暖気運転1時間30分後、再起動時の到達圧力です。
 取扱説明書(無) * 規格値(到達圧力)内にて使用の際はオーバーホールが必要です。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[2.5H]		
検査担当者[立野] * 標準O/H参考費用: 160,000円 (F油仕様は別途オイル費用が必要です)		
ユーザー名[]	出荷日 年 月 日

