


動作確認チェックシート

検査日	2020年 5月 26日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	マグネットギヤポンプ	電源・電圧	AC 100V	外寸	110×200×80
型式	MDG-M2S100N	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	IWAKI	吐出量	2.0/2.4L/min		
機械Ser.No	12605346	揚程	3.0MPa		
製造年月	—	重量	2.8Kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無い。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無い。	○
3 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 能力確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
5 確認シール	動作確認済シールを張る。	○



・吐出量確認時のホースは外径(10mm)内径(8mm)を使用致しました。

(動作確認・結果)

・マグネットギヤポンプをテスト台にセットし約10秒間の吐出量を確認致しました。

・規格吐出量(60Hz): 2.4L/min * 10秒吐出量確認: 0.4L/min (吐出量確認は3回繰り返し実施)

取扱説明書(無)

* 水漏れ及び異音も無く吐出量にも問題有りませんでした。

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2.5H]

検査担当者[立野]

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日

