

管理番号

JC0541

動作確認チェックシート

検査日	2020年8月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	メタルハライド光源	電源電圧	AC100V~120V		
型式	PMH-160	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	メジロプレジジョン	ランプ形式	160W		
機械Ser.No	PM9750003	サイズ	W150xD300xH230		
製造年月	不明	重量	4.6kg		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等機器の仕様・規格を満たす事を確認する。)

動作確認環境 (室温26℃ 湿度32%)



通電確認

スイッチ・冷却ファン・光源可変→問題無し



照射状態

10分間→問題無し



外観状態

問題無し

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数 [1H]

検査担当者 [林]

ユーザー名【 】 出荷日 年 月 日

