

管理番号

K10059

動作確認チェックシート

検査日	2024年 10月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボポンプ	電源	単相AC200/220v 50/60Hz
型式	TG1810VW/TC1810	フランジ	VG250
メーカー	大阪真空	稼働時間	11141h
製造年	2006/7		
製造番号	1962		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

電源、冷却水接続してスタート、立ち上がり、振動、異音等問題なし。

1h連続運転確認、停止動作も問題なし。

* 外部制御信号 4-5をジャンパーしてLOCALでスタート。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
		横内

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [] 出荷日 年 月 日

