

(管理番号)
K10307・F40451

FileMker入力	責任者	検査担当者
	川上	坂野

## クライオポンプ/コンプレッサー動作確認チェックシート

検査日	2021年 4月 22日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオポンプ・コンプレッサー	電源電圧	3相 200V	He圧	1.5MPa
型式	P・CAP120/C・CRC870MK II	周波数	50 ・ 60Hz		
メーカー名	アネルバ	冷却法	水冷		
機械Ser.No	P・189105A/C・2598034B				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

**備考(動作確認内容・不具合内容等)** 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. クールダウン時間 20K 65M
2. 到達温度 8.1K
3. 到達圧力  $9.8 \times 10^{-5}$  Pa (20K到達時)
4. コンプレッサー積算時間 63,014 H
5. He漏れ、異音等異常無 良品と判断します。



取扱説明書(無)

### 修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)  
動作(OK)【工数 3.0 H】