

(管理番号)

K10309

入力	責任者	検査担当者
		坂野

スクロールポンプ動作確認チェックシート

検査日	2023年 3月 31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	スクロールポンプ	電源電圧	200V 3相	冷却法	空冷
型式	DIS-501	周波数	50 ・ 60Hz		
メーカー名	アルバック	吸気フランジ	NW-40		
機械Ser.No	RB408	排気フランジ	NW-25		
製造年月	2014	使用オイル			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 到達圧力 $3.9 \times 10^{+0}$ Pa
2. モーター電流 2.24A
3. 積算時間 31,750H
4. 到達圧力、異音等異常無 良品と判断します。



取扱説明書(無)

到達圧力

積算時間

電流値

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)

動作(OK) 工数[2.0 H]