

(管理番号)
K10313/F40043

入力	責任者	検査担当者
	川上	坂野

クライオポンプ・コンプレッサー動作確認チェックシート

検査日	2023年 3月 3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	クライオコンプレッサー	電源電圧	3相 200V	He圧	1.5MPa
型式	CAP80MK II /CRC873	周波数	(50・60)Hz	冷却法	水冷
メーカー名	アネルバ	吸気フランジ	ANSI 8		
機械Ser.No	257219D				
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1.到達圧力 4.2×10^{-5} Pa (20K到達時の値)
- 2.クールダウン時間 59M
- 3.到達温度 10.8K (各数値は、単体運転の為マルチ運転時は、変動します。)
- 4.積算時間 96,445 H



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)
動作(OK)