

管理番号

K20226

## 動作確認チェックシート

検査日	2021年 5月 24日				
商品名	高性能高速冷却遠心機	電源電圧	1φ 200V/30A 50/60Hz	温度設定範囲	-20℃~40℃
型式	AVANT <sup>R</sup> HP-30I	外観寸法	(W)710×(D)860× (H)116 <sup>mm</sup>	温度精度	±2℃以内
メーカー名	ベックマンコールター(株)	重量	290kg	加速	0~500rpmで1~10分 (最大、低速又は時限)
Serial No	JKY14L03	速度設定範囲	10rpm間隔で 0~3000rpm	減速	500~0rpmで1~10分 (最大、低速又は時限)
製造年月	2014年	時間設定範囲	1分~99時間59分		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 電源スイッチON⇒問題なし。
- パラメーター設定⇒問題なし。図1参照
- 運転確認⇒ローターJA12(弊社所有、非売品)にて5分間運転・・・問題なし。図2~5参照



図1.電源投入及びパラメーター設定



図2.ローター装着



図3.ローター(JA-12)



図4.回転数設定値に到達



図5.設定時間にて終了

取扱説明書:有(CDソフトウェア)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作:NG 作業工数[ 2.5 hr ]

検査担当者[ 雨宮(耕) ]

