管理番号

K20238

動作確認チェックシート

検査日	2020年 3月25日	（機械の仕様・規格を記入する。）	
商品名	オートクレーブ	電源電圧	AC200v 50Hz 60A
型式	HP-95120MA	装置外寸	1450x2290x1780
メーカー	協真エンジニアリング	槽内寸法	φ950x1200 処理能力約200kg
製造番号	03011317	圧力範囲	0～0.9MPa
製造年	2002 12	温度範囲	室温～100℃

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	△
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1　装置電源投入、温度及び圧力設定変更問題なし。プログラム運転にて 80℃ 0.5MPa 到達を確認。

2　蓋開閉動作問題なし、軸冷却（水冷）も動作問題なし。

＊外観キズ、塗装はがれ多数あり。

操作説明書（有り）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（OK）　作業工数[8H]

検査担当者[　横内　]

ユーザー名 [　　] 出荷日　　年　　月　　日