管理番号

K30009

動作確認チェックシート
（ クリーンオーブン ）

≪温度範囲≫	
注1. RT+50℃～210℃	

検査日	2020年 5 月 25 日				
型式	DES82H	電源電圧	(3相) 単相 28A 200 V	内寸法(W×D×H)	60x48x110cm
メーカー名	ヤマト科学	周波数	(50)・(60)Hz	キャスター含む 外寸法(W×D×H)	107x109x196cm
機械Ser,No	33800413 R	イナート機構	(有)・無	送風ファン	(有)・無
製造年月	不明(推定1996年)	棚 板	有 1枚 ・無	ダンパー機構	(自動)・手動・無

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○注2.
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。(適当な温度を入力し確認する)	○
6	到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7	付加機能	過昇防止器・ファン・差圧計・ダンパー・~~記録装置・パトライト~~等は正常か。	○
8	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9	確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く	○

最高・最低温度到達時間	
31℃→ 210℃	約 42 分
℃～ 20℃	分
条 件	ダンパー=閉 Ta=25℃

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 特注仕様と思われる補助操作盤が付いているが、仕様書がないので詳細は不明だが、運転キーは押しておかないとオーブン側の起動ができない。また、ドアロックは機能せず、記録計は取り外されている。

注2. 7セグ温度表示器の一部の輝度が低く読み取りにくい(1桁目の右上セグメント)。

注3. 管理番号が新規なので動作確認済みシールは更新した。

210℃設定の定値運転

過昇防止器作動時

清浄度(規格:クラス100)

3回の測定値 0/CF(測定器;リオンKC-51)

取扱説明書(有・無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

動作(OK・NG) 作業工数[6.0 H]

検査担当者[小林 隆志]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)

210℃ O.K

[責任者]

穂苅