

動作確認チェックシート

検査日	2020年3月31日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	遠心機	電源電圧	AC100V	重量	18Kg
型式	AS165	周波数	(50/60)Hz	寸法w、d、h	325x420x325
メーカー名	アズワン	最高回転数	16500r/min		
機械Ser.No	16300015040091	最大相対遠心力	18930xg		
製造年月	2015	最大容量	12x2.2mL		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- SW、各設定、回転等問題無し、6mm六角レンチ以外、ローター等付属品無し。



回転部



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[1.5 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

