管理番号

K30353

動作確認チェックシート

検査日	2025年　4月　23日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	マルチ入力データロガー	電源電圧	単相100～120, 0.7A		
型式	NR-600	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	キーエンス	大きさ(WxDxH)	130x110x80mm		
機械Ser,No	1150292	CFメモリースロット	8GB対応		
製造年月					

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○(色あせ)
2	起動動作	POWER　ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	タイマー設定SW・蛍光灯・その他SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6	データバックアップ	PLC（済・~~未対象~~・NG）　TP（済・~~未対象~~・NG）　~~BT~~交換（済・未）	

備考（動作確認内容・不具合内容等）　機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1, 外観：色あせが有ります。

2, ①NR-6電源ユニット・NR-TH08高精度温度電圧測ユニットが付属していないため、別マルチ入力データロガーの物を使用

②NR-H8Wソフトウエア(WAVE LOGGER PRO)が付属していないため、パソコンでのデータ取込み・解析、メモリーカードのデータ読込は出来ません。

3, NR-TH08高精度温度電圧測ユニットにDC電源、熱電対を接続。

8ch各々の計測状況を確認した。

①電圧に関しては、テスタとの差が小数点②行までのレベルのため問題なし。

②熱電対に関しては、熱電対の個体差もあるので0.7~0.2℃の差があるが

室温の変化にどちらも同期しているため、問題ないと考える。

チャンネル	DC5Vモニタ(V)		熱電対モニタ(℃)	
	ロガー	テスタ※	ロガー	比較※
1ch	5.037	5.03	23.25	22.70
2ch	5.037	5.03	23.00	22.50
3ch	5.035	5.03	22.80	22.60
4ch	5.035	5.03	22.75	22.50
5ch	5.035	5.03	22.85	22.50
6ch	5.035	5.03	22.23	22.60
7ch	5.035	5.03	23.00	22.60
8ch	5.035	5.03	23.20	22.50

※テスタ(横河電機753301)でDC電源の出力測定
※別の熱電対・ロガーで室温を同時測定

取扱説明書（無　但しメーカーホームページより入手可能）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File　Maker入力　　（備考欄コメント）　　[責任者]

動作（条件付きOK）　作業工数[　3H　]　PC用ソフトウエア、電源ユニット、計測ユニット付属なし。

検査担当者[　　三科　　]

ユーザー名【　　】出荷日　　年　　月　　日