

## 動作確認チェックシート

検査日	2023年 10月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	コールドライト	電源電圧	単相 AC100V	外寸	W111 D210 H115mm
型式	MHF-D100LR	電源周波数	50/60Hz	重量	3.18kg
メーカー名	モリテックス	出力	100W		
機械Ser.No	248-80790	ランプ定格	LM-100		
製造年月					


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

## 備考(動作確認内容・不具合内容等)

◎動作確認 ○電源SW ON/OFF確認 OK

○ボリューム調整確認 OK

○出力(照射)確認 OK



取扱説明書(無し)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作(OK) 作業工数[0.5H]		
検査担当者 [ 小俣 ]		中野
ユーザー名【	】出荷日 年 月 日	