

K40004

# 動作確認チェックシート

検査日	2024年 11月 11日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	標準光源	昼光昼光	7500K(北空昼光)	イルミナイトA	2856K(白熱灯)
型式	Judge II		6500K(平均北空昼光)	紫外線(UV)	UVフィルター
メーカー名	ビデオジェット・エクスライト(株)		5000K(日中光)	電源電圧	AC100V 50/60Hz
機械Ser.No	-	寒色系ホワイト蛍光	4150K(ワイドバンド蛍光)	寸法外径(mm)	W521xD673xH555
製造年月	-	商業用蛍光	4100K(TL84)	観察範囲寸法(mm)	W490xD610xH453

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 外観確認:問題なし
- 2 SW確認:問題なし
- 3 蛍光灯点灯確認:問題なし※昼光昼光(DAY)に黒ずみ発生



蛍光灯照度計測

蛍光灯	昼光昼光	寒色系ホワイト	商業用蛍光	イルミナイトA	紫外線(UV)
蛍光灯型式	F20T12/65	F20T12/CW	TL84	-	F20-BLB
照度(K)	6434	3997	3979	2876	-

※照度計測はKONICA MINOLTAのCL-200A使用

- 4 当該製品は2016年4月に販売終了となっておりますので、消耗部品はメーカーに問合せをお願いします。  
メーカー:ビデオジェット・エクスライト株式会社

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]  
 動作(OK) 作業工数[ 4H ] 蛍光灯に黒ずみあり。  
 検査担当者[ 三科 ]  
 ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

