管理番号

K40095

動作確認チェックシート
（ 高温恒温槽 700℃ ）

≪温度範囲≫	
300℃～700℃	

検査日	2020年 6 月 02 日				
型式	DR200	電源電圧	3相 単相 14A 100V	内寸法(W×D×H)	25x25x22cm
メーカー名	ヤマト科学	周波数	(50)・60 Hz	外寸法(W×D×H)	52x47x62cm
機械Ser,No	60302192	イナート機構	有 ・ (無)	冷却ファン	(有 ・ (無))
製造年月	2018年6月	脱臭装置	有 ・ (無)	棚 板	(有 2枚) ・ 無

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・パッキン・ゴム栓・スイッチ等に著しいキズ・破損はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3	SW設定	温度設定SW・その他SWの機能は正常か。	○
4	温度調節機能	仕様温度範囲の調節ができるか。(定置運転)	○
5	プログラム機能	温度制御機能は正常か。	○
6	到達時間	温度設定を最大・最小にした時の到達時間。(下欄に記入)	
7	付加機能	(過昇防止器)・~~ファン~~・~~脱臭装置~~等は正常か。	○
8	保管・出荷準備	ビス締め・清掃・フィルタの汚れ・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
9	確認シール	動作確認済シールを貼る(右側側面上部または機種名板が側面にあるときは、その近く	○

最高・最低温度到達時間	
21℃→ 700℃	約 73 分
	約 分
条 件	Ta=23℃

備 考 (動作確認追記事項・不具合内容等)

注1. 空焼きが実施してなかったらしく、昇温試験時に煙と異臭の発生があった。

設定温度700℃の定値運転

過昇防止器作動時の画面

プログラム運転終了時

取扱説明書(あり)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力
動作(OK・NG) 作業工数[5. 5 H]
検査担当者[小林 隆志]
ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

(備考欄コメント)
700℃ O. K

[責任者]

穂苅