

(管理番号)

K40299

入力

責任者

検査担当者



坂野

ターボポンプコントローラ動作確認チェックシート

検査日	2023年 2月 15日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ターボポンプ	電源電圧	200V 単相	冷却法	水冷
型式	・TMP-3203LM/G・EI-D3203M	周波数	50・60Hz	軸受タイプ	磁気浮上
メーカー名	島津製作所	吸気フランジ	VG350	バッテリー	不要
機械Ser.No	P・JZC167 / C・FEH263	排気フランジ	NW-40	チューニング	不要
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。


- 到達圧力 9.19×10^{-4} Pa (ノーマル切り替わり時)
- アラーム発生無 LOCAL運転にて確認。ケーブル長7m
- 異音、震動等特に異常無 良品と判断します。



ノーマル切り替わり時圧力



スタート時操作盤アラーム無



ノーマル切り替わり時操作盤

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

(備考欄コメント)

動作(OK) 工数 [2.0 H]