

管理番号

K50113

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年9月27日				
商品名	プリンター	電源	AC100V 50/60Hz		
型式	KP-05A	消費電力	15VA		
メーカー名	リオン(株)	ヒューズ	0.3A		
機械Ser,No	32371362	PARTICLE SIZE	0.3,0.5,1,2,5 $\mu$ m		
製造年月	—				


チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	×
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	—
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 電源投入⇒問題なし。
- 2 各ランプ確認⇒問題なし。
- 3 印字確認⇒印字できない、用紙が送れない(FEED NG)。



電源投入



プリントアウト及びFEED NG

取扱説明書: 無

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: NG 作業工数[ 1.0 hr ]

検査担当者[ 雨宮 ]

