

K50415

動作確認チェックシート

検査日	2023年2月15日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	ダイヤフラム真空ポンプ	電源電圧	単相AC100V	
型式	DA-60D	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	アルバック	排気速度	60/72L/min(50/60HZ)	
機械Ser.No	000122T	到達圧力	3.32KPa	(-98KPa)
製造年月				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	X
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1 ダイヤフラム破れ、内部アルミ腐食。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力 (備考欄コメント)

[責任者]

動作(NG) 作業工数[1.5H]

検査担当者[上田]

要修理とる



ユーザー名[]出荷日 年 月 日