

## 動作確認チェックシート

検査日	2022年8月22日			
商品名	FFU	電源電圧	単相 AC200V	
型式	MAC- II A-100-21	周波数	50/60Hz	
メーカー名	日本エアテック			
シリアルNo	A17727025			
		外寸	W610 D610 H200	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作に問題有りません。

ファイの音、スイッチ問題なし。

クリーン度:OK 0.3 $\mu$  O/CF 0.5 $\mu$  O/CF



パーティクル測定

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 0.5H]

検査担当者[ 中野 ]

中野

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日