

K60392

## 再動作確認チェックシート

検査日	2023年7月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	ドライポンプ	電源・電圧	3相 200V	外寸(mm)	500×920×1100
型式	KL1004	周波数	50・60 Hz	重量(kg)	275
メーカー名	アルバック	吸気口径	VG80	積算時間	44841.6hr
機械Ser.No	TK00-1028	排気口径	NW40		
製造年月	2000年	冷却法	水冷		

	チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良は無いか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)は無いか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	到達確認	機器の仕様/規格を満たしているか。	○
6	確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

		
		ポンプ温度:53℃
		
到達圧力: $5.1 \times 10^{-1}$ Pa	DRY電流値: 8.1A	MBP: 0.6A
* 暖気運転60分後、再起動時の到達圧力です。		
取扱説明書(無) * 運転確認中に若干の異音が発生します。* OHをお勧め致します。		

## 修理・改造履歴・特記事項

年月日	修理・改造記録・特記事項	作業者
2023年7月27日	運転確認中に若干の異音が発生します。	立野

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業時間 [ 3.0H ]

検査担当者[ 立野 ]

ユーザー名[ ]出荷日 年 月 日

