

管理番号

K60500

# 動作確認チェックシート

検査日	2025年3月3日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	データロガー	電源電圧	1相100V(アダプター)	表示	5.7インチカラー液晶
型式	ZR-RX45	入力方式	全チャンネル絶縁入力	測定レンジ	電圧/温度/湿度
メーカー名	オムロン	入力チャンネル数	20CH	外寸	W232D50H152
機械Ser.No	H00980136	サンプリング周期	10ms	重量	約1Kg
製造年月	年 月	内蔵記憶装置	フラッシュメモリ4GB		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・外観 …異常なし



・動作確認

CH1～CH20まで入力し確認実施  
電圧測定 DC24V電源使用



DC24V電源

CH1

CH7

CH10

・通電確認

電源ランプ点灯 確認  
電源ONで起動画面 確認  
モニター表示 確認  
各操作キー操作 確認



CH16

CH20

温度測定 温度コントローラー使用



コントローラー

CH1

CH10

CH20

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 4h ]

検査担当者[ Tokunaga ]

ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日

