

管理番号

K70196

# 工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2020年 9月 14日
名称	顕微鏡
メーカー	Nikon
型式	OPTIPHOT-100
S/N	660704
年式	一年 一 月

【外観】




【仕様】


観察法	明視野	鏡筒	三眼鏡筒
		各種フィルター	ND8
照明系	12V/50W	ステージ	試料固定治具付き
		ステージストローク	110mm × 80mm
総合倍率	100x.200x	レボルバー	5個穴手動レボルバ
対物レンズ	CF Plan 10x/0.3	その他	—
	CF Plan 20x/0.46		
接眼レンズ	CFWN 10x/20		

観察画像

チェック項目	評価
■ コンディション	
総合	光学系問題なし。
外観	問題なし。
光学系	問題なし。
駆動系	X軸固定、Y軸問題なし。
照明	問題なし。
手動レボルバー	問題なし。
取扱説明書:無	



10x明視野画像



20x明視野画像

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者
2022年1月28日	再動作確認 → 問題なし 2. 対物レンズ追加	雨宮 (総務)

File Maker入力

動作:OK 作業工数[ 1.5 hr ]

(備考欄コメント)

[責任者]

検査担当者[ 雨宮 ]

※追加対物レンズ  
CF Plan 5x EPI  
CF Plan 50x EPI  
CF Plan Apo 160x EPI  
計3個

