

K70199

工業用顕微鏡チェックシート

検査日	2024年6月4日
名称	測長顕微鏡
メーカー	Union
型式	Hisomet
S/N	83343
年式	—

【外観】



【仕様】

観察法	—	鏡筒	三眼鏡筒
	—		
照明系	—	ステージ	X420mmxY305mm Z:Mitutoyo ID-F125
総合倍率	50x,100x,200x,400x		
接眼レンズ	NWF10x	ステージストローク	—
対物レンズ	PL M 5x/0.10	その他	照明無
	PL M 10x/0.20		X/Y軸カウンター無
	PLLWDM 20x/0.40		
	PL M 40x0.65		

チェック項目

■ コンディション	評価
総合	光学系、メカ系問題照明機器及び カウンターが無い為
外観	問題なし
光学系	未確認
駆動系	カウンターが無い為
照明	照明機器が無い為未確認

取扱説明書:無

【修理・改造履歴】

年月日	修理・改造記録	作業者

SHIRASAGI 入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: NG 作業工数[2.0 hr]

検査担当者[雨宮]

※X/Yカウンター及び照明機器が付属していない為動作確認できずNG

