

## 動作確認チェックシート

検査日	2024年10月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	安全キャビネット	電源	単相AC100		
型式	BHC-1303 II A/B3		50/60Hz		
メーカー名	日本エアーテック	外寸	W1800 D810 H2220		
シリアル番号	A135559801				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。



ファン動作OK



シャッター安全機能OK



蛍光灯点灯OK



UVランプOK



1.コンセント電圧



2.コンセント電圧



ガスバーナー未確認

## &lt;確認結果&gt;

- ①ファン動作OK
- ②シャッター安全機能OK
- ③蛍光灯点灯OK
- ④UVランプ点灯OK
- ⑤コンセント電圧2箇所OK
- ⑥ガスバーナー未確認

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 1.0H]

検査担当者[ 押鐘 ]

中野

ユーザー名【

】出荷日 年 月 日