

管理番号

K70415

動作確認チェックシート

検査日	2021年 5月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デシケーター	電源	100V 50/60Hz		
型式	-	庫内寸法	W550 D460 H990		
メーカー名	井内	外寸	W575 D540 H1080		
機械Ser.No	-	棚板	4		
製造年月	-				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 保管・出荷準備	ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
4 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等)

◎動作 ○除湿動作 確認OK

* 除湿されているが、効果は低いと判断する

コンセント差し込み前 (湿度 約60%)

コンセントを差し込んで6時間後(湿度 約50%)



取扱説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力 動作(OK) 作業工数[0.5H] 検査担当者 [小俣] ユーザー名【	(備考欄コメント) 出荷日 年 月 日	[責任者]
--	------------------------	-----------