

(管理番号)
K70576

入力	責任者	検査担当者
	中野	坂野

CO₂ インキュベーターチェックシート

検査日	2022年 10月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	CO2培養器	電源電圧	100V 単相	
型式	CPS-2902型	周波数	(50・60)Hz	
メーカー名	HIRASAWA	温度設定範囲	室温～110℃	
機械Ser.No	W-9045	槽内サイズ		
製造年月	2016年9月			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 上段昇温確認 室温 ~ 110℃までの所要時間 57分 下段昇温確認 室温 ~ 110℃までの所要時間 56分
2. 乾熱滅菌機能にて設定値まで上昇確認 良品と判断します。
3. 棚板4段付属



上段



下段

取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造	作業者

入力 (備考欄コメント)
動作(OK)