

管理番号

K80190

動作確認チェックシート

検査日	2020年12月10日	(機械の仕様・規格を記入する。)		
商品名	冷凍庫	電源電圧	AC100/115V	
型式	UF-30F3	周波数	(50 / 60)Hz	
メーカー名	日本フリーザー	消費電力	610/660W	
機械Ser.No	04H870556	冷媒	HFC-404A 420g	
製造年月	2004年4月	寸法w、d、h	900x860x1930	

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4		
5		
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 室温、庫内温度共に16℃、起動30分で8℃、1時間10分、-4℃、2時間、-14℃、2時間30分で-16℃
確認、コンプレッサー停止(温度設定最低)。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

