

動作確認チェックシート

検査日	2021年8月4日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	デジタルプッシュプルゲージ	電源電圧	DC5V ACDCアダプター	充電池内蔵	
型式	RX-20	定格容量	200N		
メーカー名	AIKOH	最小表示	0.1N		
機械Ser.No	E00011	精度	±0.2%F.S		
製造年月		ケース付			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 絶縁抵抗	ライン、匡体間 (テスターで確認。…メガΩテスター使用の場合は部品破損注意)	
5 電源		DC仕様
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1 重り10KgでPULL,98.0NのときPUSH98.2N表示。



PUSH

付属品



取扱説明書(有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者
2022年6月23日	再動作確認。	上田

File Maker入力 (備考欄コメント) 充電池能力不明

[責任者]

動作(OK) 作業工数[2 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

