管理番号

KC0353

動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月 15日	（機械の仕様・規格を記入する。）			
商品名	オシロスコープ	電源電圧	AC100-240V		
型式	TDS3014	電源周波数	47-440Hz		
メーカー名	Tektronix	帯域幅	100MHz		
機械Ser,No	B011408	CH数	4		
製造年月	不明				

	チェック項目	主な確認内容	チェック（○×）
1	外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2	起動動作	POWER ON時に異常（異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等）はないか。	○
3	SW設定	SWの機能は正常か。	○
4	保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5	確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考（動作確認内容・不具合内容等）

◎SW類　○ 各スイッチ、ボタン、ソフトキー、ダイアル 動作確認OK

◎表示類　○ 画面表示 確認OK
○ DELAYのランプ表示点灯 確認OK
○ MENU表示、数値表示 確認OK

◎ 動作　○ 機能セルフチェック動作 確認OK
○ 自己校正機能動作 確認OK
○ プローブ補正動作 確認OK
○ 波形観測 確認 OK
*別紙参照

取扱説明書（無）

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

Shirasagi入力　（備考欄コメント）　[責任者]
動作（ OK ）　作業工数[4.0 H]
担当者[小俣]　中野
ユーザー名【　】出荷日　年　月　日

管理番号

KC0353

動作確認チェックシート(別紙)

自己校正完了画面







AC100V 電源コンセントの波形

CH1



CH2



CH3



CH4