

動作確認チェックシート

検査日	2023年4月25日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	アプソデックスドライバ	電源電圧	3相AC200~230V		
型式	ABSODEX AX9150H	周波数	50/60Hz		
メーカー名	CKD	外寸	W110 D210 H255		
シリアルNo.	5391460				

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	—
3 SW設定	SWの機能は正常か。	—
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	—

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

・電源投入のみ確認。

表示「F」と表示?状態は、不明です。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

動作(一) 作業工数[0.5H]		(備考欄コメント)	[責任者]
検査担当者[押鐘]			中野
ユーザー名【	】出荷日	年 月 日	