

動作確認チェックシート

検査日	2023年10月18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	攪拌加圧容器	AC200V			
型式		周波数	50/60HZ		
メーカー名					
機械Ser,No					
製造年月					

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
3 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
4 SW設定	SW機能は正常か。	○
5 起動動作	POWER ON時に異常はないか。	○
6		
7		

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1)攪拌モーター後付と思われる。
- 2)下表示まで加圧、10分後下表示左になった。
- 3)ヒーター問題なし、コントローラー無い為ヒーター直接AC200V接続、加熱確認。
- 4)安全弁問題なし、測温抵抗体、弊社温度計に接続、動作確認。

加圧直後



10分後



ヒーター、測温抵抗体問題なし。



攪拌確認。



取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

SHIRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3 H]

検査担当者[上田]

ユーザー名[]出荷日 年 月 日

