


動作確認チェックシート

検査日	2023年 1月30日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ナノインプリンター	電源電圧	AC400v 25A 50/60Hz 昇圧トランス付属
メーカー	Obducat	ワークサイズ	スタンパー込み 10mm角以上152mm径 t=1mm
型式	Eitre 6	装置サイズ	1000x1000x1800
s/n	006-5093		
製造年	2012		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

ダミープレート取り付けて自動及び手動確認、プレス、UV照射、ヒーター昇温、冷水テラー動作問題なし。
レシピ変更及び保存もOK。



操作説明書(有り)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[10H]

検査担当者[横内]

ユーザー名[] 出荷日 年 月 日

