

管理番号

L20175


動作確認チェックシート

検査日	2022年 3月 3日			
商品名	ビデオイメージスコープ	電源	ACアダプター DC12V	
型式	VI-1000/VI-S100	明るさ範囲	0~15	
メーカー名	KEYENCE	ファイバー長さ	約1270mm	
Serial No	0103096/010399			
製造年月	—			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・ケース・表示部等に著しいキズ・サビ・破損はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・在庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る。	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

1. 電源投入⇒問題なし。
2. 2-1 投影画像⇒問題なし。
- 2-2 ZOOM画像⇒問題なし。



Quick Manual



撮影画像



10MBカード挿入済

取扱説明書: 無

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作: OK 作業工数[1.5 hr]

検査担当者[雨宮]

