

動作確認チェックシート

検査日	2023年 5月 12日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	膜厚コントローラ	電源電圧	単相 100V 5A 500VA	膜厚測定範囲	0.000~999.9 kÅ
型式	CRTM-8000	周波数	50 / 60 Hz		
メーカー名	ULVAC	クリスタル周波数	6.0~5.0 MHz	HS/Sカード	4
機械Ser.No	0019	厚さ分解能	0.00550 Å 5MHz	I/Oカード	2
製造年月	年 月		0.00381 Å 6MHz	外部メモリー	IC CARD

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

◎ SW類 ○ POWER, START, STOP, RESET, MENU, CLR, ENT


▲, ▼, ▶, ◀, 0~9, F1~F5 確認

PRGV SAVE, PROGRAM LOAD, DATA SAVE 未確認



◎ 表示類

○ DATA DISPLAY



○ SYSTEM PARAMETER



DEPO PRG

PROCESS PRG

取扱説明書(無)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2023.5.12	5V 10A 内部電源故障の為交換	佐藤

File Maker入力 (備考欄コメント) [責任者]
 動作(保留) 作業工数[8H] CRTM-8000に適合するオシレータが無いので確認出来ない。通電TESTのみ実施。
 検査担当者[佐藤]
 ユーザー名[]
 出荷日 年 月 日

