

L20299

動作確認チェックシート

検査日	2024年 12月 23日	(機械の仕様・規格を記入する。)	
商品名	ターボポンプset	電源	単相 AC100/200v
型式	TMP550-L/E1-550	フランジ	VG150/NW25
メーカー	島津製作所	稼働時間	59164h
製造年	2002/2		

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○
6 データーバックアップ	PLC (済 (未対象 NG) TP (済 (未対象 NG) BT (済 (未対象 未対応)	

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

端子板、9-10ジャンパーして冷却水及び電源投入、START SW押して排気開始、数分でNORMAL点灯。
連続1h確認で特に問題なし。到達圧力 4x10-4Pa以下確認。停止動作も問題なし。



操作説明書(無し)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

SIHRASAGI入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[4H]

検査担当者[横内]

ユーザー名 [

] 出荷日

年

月

日

ASK INDEX

