

動作確認チェックシート

検査日	2021年9月27日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	保冷库	電源電圧	AC100V	冷蔵/冷凍容積	340/82L
型式	MPR-414FR	周波数	(50 / 60)Hz	外寸wxdxh	810x620x1810
メーカー名	三洋電機	温度制御範囲	2~14/-20~-30℃	重量	137Kg
機械Ser.No	O50037	消費電力	540/598W	棚板	2(L)1(S)枚 冷凍1
製造年月		冷媒R134a-6P,85g	R407D+6PT,120g	庫内灯	10W電球x1

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	
4		
5 消費電流	クランプで実測。	
6 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
7 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 設定温度2℃、冷蔵庫内22℃、設定温度2℃、室内温度23℃で起動、約55分で2℃到達確認
冷凍庫内19℃室温同温度、設定-30℃、約1時間40分で-30℃確認、鍵有。



取扱説明書(有)



冷蔵庫引き出し6段



修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録・再動作	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[3H]

検査担当者[上田]

ユーザー名【 】出荷日 年 月 日

